ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Высокоточный калибратор с двумя скважинами Fluke 9011

Технические характеристики	Горячий блок	Холодный блок
Диапазон	от 50 до 670 °C	от –30 до 140 °C
Точность	± 0,2 °C при 50 °C ± 0,4 °C при 400 °C ± 0,65 °C при 600 °C	± 0,25 °C (вставные скважины) ± 0,65 °C (фиксированные скважины)
Стабильность	± 0,02 °C при 100 °C ± 0,06 °C при 600 °C	± 0,02 °C при –30 °C ± 0,04 °C при 140 °C
Однородность	± 0,2 °C (типичное значение: ± 0,05 °C)	± 0,05 °C (вставные скважины) ± 0,25 °C (фиксированные скважины)
Глубина термостата	152 мм	124 мм
Время нагревания до максимальной температуры	30 мин	15 мин
Время охлаждения	120 мин. с 660 до 100 °C	30 мин. с 140 до –30 °C
Вставки	Одна унифицированная скважина, совместимая со вставкой с несколькими отверстиями	Одна унифицированная скважина, совместимая со вставкой с несколькими отверстиями, а также четыре внешних скважины диаметром 1/4, 3/16, 3/16 и 1/8 дюйма.
Компьютерный интерфейс	Интерфейс RS-232 поставляется вместе с управляющим программным обеспечением Interface-it модели 9930	
Электропитание	Переменное напряжение 115 В (± 10 %) при токе 8,8 А или 230 В (± 10 %) при токе 4,4 А, переключаемое, 50/60 Гц, 1 150 Вт	
Размер (В x Ш x Г)	292 x 394 x 267 мм	
Масса	16,4 кг	
Сертификат с обеспечением единства измерений NIST **(8 точек)**	Данные при 50 °C, 100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C, 600 °C и 660 °C	Данные при –30 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C, 125 °C и 140 °C

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51), факс:+38-057-739-00-60
E-mail: office@pribory.com, http://www.pribory.com